



## **Regolamento per l'utilizzo/accesso strumentazione dipartimentale - stanza 231 (ed. 301) Dip.Chimica.**

Tutti gli utenti abilitati all'uso delle strumentazioni devono essere già a conoscenza delle norme di sicurezza generali vigenti nel Dipartimento e della modalità di utilizzo in sicurezza della strumentazione d'interesse presente nel laboratorio 231 (tel. int. 3362).

Inoltre l'accesso alla stanza e l'uso della strumentazione dipartimentale è subordinata alla stretta osservanza dei seguenti obblighi:

- si accede all'uso degli strumenti previa prenotazione e solo se già addestrati/abilitati all'utilizzo corretto degli strumenti, indossando camice e *D.P.I.* e visualizzando la posizione dell'estintore e degli altri *D.P.C.* presenti;
- consultare i *manuali d'uso* prima dell'utilizzo effettivo della strumentazione dipartimentale;
- è vietata l'introduzione nella stanza di altro materiale, anche commestibile, se non quello relativo al campione/i d'analisi contenuto nell'appositi contenitori chiusi opportunamente (*non* ammesse sostanze cancerogene e/o radioattive);
- Non è consentita né la preparazione in loco dei campioni né l'abbandono in loco dei propri campioni usati;
- è severamente vietato asportare o movimentare qualsiasi oggetto/materiale in dotazione nella lab.231;
- non collegare alcun dispositivo alle prese elettriche presenti se non previa autorizzazione del referente del Lab.231;
- in caso di qualsiasi dubbio chiedere sempre al *referente* al fine di evitare danni a cose e persone.

*Direttore Dipartimento*

Dipartimento di Chimica - Unifi