

## **Linee guida all'utilizzo/accesso strumentazione dipartimentale BIACORE X100 - stanza 163 Dip.Chimica.**

Tutti gli utenti abilitati all'uso delle strumentazioni devono essere già a conoscenza delle norme di sicurezza generali vigenti nel Dipartimento e della modalità di utilizzo in sicurezza della strumentazione d'interesse presente nel laboratorio 163.

Inoltre l'accesso alla stanza e l'uso della strumentazione dipartimentale è subordinata alla stretta osservanza dei seguenti obblighi:

si accede all'uso degli strumenti previa prenotazione e solo se già addestrati/abilitati all'utilizzo corretto degli strumenti, indossando camice e D.P.I. e visualizzando la posizione dell'estintore e degli altri D.P.C. presenti;

è obbligatorio consultare i manuali d'uso prima dell'utilizzo effettivo della strumentazione dipartimentale, e ogni qualvolta si ritenga necessario al fine di operare correttamente ed in sicurezza. Se non è sufficiente la consultazione autonoma dei manuali e l'esperienza dell'utilizzatore, è necessario contattare i referenti prima di prendere qualsiasi decisione che possa danneggiare strumento e software;

è vietata l'introduzione nella stanza di altro materiale, anche commestibile, se non quello relativo al campione/i d'analisi contenuto nell'appositi contenitori chiusi opportunamente (non sostanze cancerogene e/o radioattive, né fluidi biologici non certificati);

è vietato modificare/cancellare/spostare file di altri utenti dal computer collegato allo strumento;

non è consentito l'abbandono in loco dei propri campioni usati;

è severamente vietato asportare o movimentare qualsiasi oggetto/materiale in dotazione nel lab. 163, se non per gli scopi della misura da effettuare (es. pesata del portacampione del gas-porosimetro);

in caso di qualsiasi dubbio chiedere sempre ad un referente al fine di evitare danni a cose e persone.

Direttore Dipartimento Dipartimento di Chimica - Unifi

Referenti Tecnici: Simona Scarano, Pasquale Palladino