



Linee guida all'utilizzo/accesso strumentazione dipartimentale GC-Ms - stanza 55 (ed.302) Dip.Chimica.

Tutti i soggetti abilitati all'uso della GC-Ms devono essere già a conoscenza delle norme di sicurezza generali vigenti nel Dipartimento e di rispettare le modalità di utilizzo in sicurezza dello strumento GC-Ms presente nella stanza 55 Dip.Chimica,(tel. int. 3470).

Inoltre l'accesso alla stanza ed all'uso dello strumento è subordinato alla stretta osservanza dei seguenti obblighi:

- è vietato introdurre nella stanza altro materiale, anche commestibile, se non quello relativo al campione/i d'analisi inserito nell'appositi vials chiusi opportunamente (non ammesse sostanze cancerogene e radioattive);
- si accede all'uso dell GC-Ms solo se addestrati all'utilizzo corretto dello strumento, indossando camice e *D.P.I.* visualizzando la posizione dell'estintore e degli altri *D.P.C.* presenti;
- non sostare davanti allo strumento se non per le operazioni di introduzione o fuoriuscita del vial da analizzare;
- consultare i *manuali d'uso* prima dell'utilizzo effettivo della strumentazione GC-Ms;
- non abbandonare nella stanza i propri vials usati;
- è severamente vietato asportare qualsiasi oggetto/materiale in dotazione alla GC-Ms nella stanza 55;
- non collegare alcun dispositivo alle prese elettriche presenti se non previa autorizzazione del referente;
- in caso di qualsiasi dubbio chiedere sempre al *referente* al fine di evitare danni a cose e persone;
- il tempo di utilizzo del computer collegato direttamente alla GC-Ms è quello strettamente necessario all'acquisizione del proprio spettro, i cui dati sono resi disponibili online dopo alcuni minuti sulla postazione server "GC-Ms" dedicata su cui visionare i risultati ottenuti.

Il Referente Scientifico: Prof. Antonella.Capperucci@unifi.it

Il Referente Tecnico: Dott. Demetrio.Randazzo@unifi.it